

Анализатор паров этанола МЕТА АКПЭ-01.01 (переносной)

ФСР 2010/08827

спектрофотометрический, принтер, диапазон измерений 0-1.500 мг/л, время анализа 5 сек, размеры 440×135×270 мм

НПФ МЕТА ООО, Россия



Характеристики

Тип датчика	спектрофотометрический
Защита от симуляций	Да
Принтер	Да
Функция пофамильного контроля	Да
Диапазон измерений	0-1.500 мг/л
Продолжительность анализа пробы	5 сек
Размеры	440×135×270 мм

Дополнительные характеристики

Анализатор концентрации паров этанола АКПЭ-01.01 (переносной)

Характеристики:

- Ввод со встроенной клавиатуры информации об обследуемом, инспекторе, месте проведения обследования, номере нагрудного знака инспектора и номере подразделения.
- Контроль длительности выдоха.
- Контроль и регистрация прерывания выдоха и неполного выдоха с отображением нарушений на дисплее.
- Анализ окружающего воздуха на наличие паров этанола перед каждым выдохом.
- Измерение массовой концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе с представлением результата на жидкокристаллическом индикаторе.
- Сохранение до 2000 результатов измерений с привязкой по дате и времени в фискальной памяти.
- Наличие ПО, позволяющего передавать результаты измерений в компьютер, вести журнал измерений, печатать сводный отчет по запросу следственных органов и других заинтересованных организаций.
- Распечатка протокола результатов измерений на печатающем устройстве.