Аппарат для импульсной ударно-волновой вакуумной терапии Vacumed

РЗН 2018/6762



отрицательное давление 20-70 мбар, фазы отрицательного и атмосферного давления 2-30 сек, таймер, функция аварийного отключения, размеры 2250×700×1100 мм

Weyergans High Care AG, Германия

Характеристики

Отрицательное (вакуумное) давление	20-70 мбар
Фазы отрицательного и атмосферного давления	2-30 сек
Напряженность импульсного магнитного поля	3-5 мТл
Частота импульсного магнитного поля	160 Гц
Установка времени работы	1-99 сек
Таймер	Да
Функция аварийного отключения	Да
Масса	110 кг
Размеры	2250×700×1100 мм

Дополнительные характеристики

Принцип действия прибора основан на попеременном воздействии отрицательного и нормального давления на нижние конечности и абдоминальную область. Это похоже на действие насоса или на «дополнительное сердце» для нижней половины тела. Напряжение в сети 230 В, 50-60 Гц; сила тока 5.5 А; максимальная мощность 1300 Вт (аппарат использует электроэнергии не больше, чем обычный фен).