Аппарат лазерный терапевтический Матрикс УРОЛОГ

ФСР 2010/09814



количество каналов 3, режим постоянный / импульсный / модулированный, длина волны 635-1300 нм, мощность от 2 до 99 Вт / от 1 до 250 мВт, частота от 0.5 до 3000 Гц

Матрикс НИЦ ООО, Россия

Параметры лазера

Количество каналов	3
Режимы	постоянный / импульсный / модулированный
Длина волны	635-1300 нм
Мощность	от 2 до 99 Вт / от 1 до 250 мВт
Частота	от 0.5 до 3000 Гц

Параметры аппарата

Вес	4.8 кг
Размер	345×260×150 мм

Комплектация

Описание

- АЛТ Матрикс-Уролог (3-канальный специализированный базовый блок) 1 шт;
- Вибромагнитолазерная головка ВМЛГ10 используется при лечении больных простатитами 1 шт;
- Лазерная излучающая головка ЛО-904-20 (импульсная ИК, 890-904 нм, 15-20 Вт) 2 шт;
- Лазерная излучающая головка КЛО-635-15 (непрерывная красная, 635 нм, 15 мВт) 1 шт;
- Лазерная излучающая головка МЛ-904-80 (импульсная ИК, 890-904 нм, матричная) 1 шт;
- Насадки (комплект): П-1. П-2, П-3, ЗН-35 - 2 шт., ММ-50, ЗМ-50 1 шт;
- Книга: Иванченко Л.П. и др. Лазерная терапия в урологии. – М., 2009. – 132 с. 1 шт;
- Аппарат для вакуумного массажа «Матрикс-ВМ» 1 шт;
- Лазерная излучающая головка ЛО-ЛЛОД для лечения больных эректильной дисфункцией и простатитом (матричная, 12 непр. лазеров 635 нм, мощность ≥60 мВт и 10 лазеров ИК, импульсных, ≥70 Вт). Выполнена по новой технологии, работает до частоты 10 000 Гц, разъемы TRS 6.35 mm stereo. 1 шт;
- Колба для методики локального лазерного отрицательного давления Б-ЛЛОД (3) 2 шт.