

Биохимический анализатор I.S.E. MIURA

ФСЗ 2011/11240

автоматический, настольный / напольный, система открытая, 300 тестов в час, длина волны 340-700 нм, считывание штрих-кода, подключение к ЛИС

I.S.E. S.r.l., Италия



Характеристики

Тип	автоматический
Конфигурация	настольный / напольный
Система	открытая
Производительность	300 тестов в час
Характеристика производительности	до 500 тестовых часов со встроенным модулем ISE (по запросу).
Произвольный доступ	Да
Методы измерения	бихроматический / дифференциальный режим / кинетика / конечная точка / фиксированное время
Длина волны	340-700 нм

Образцы и пробы

Материал для исследования	кровь / моча / плазма / спинномозговая жидкость / сыворотка
Количество позиций для проб	56 шт.
Объем пробы	1-300 мкл

Функции

Принтер	Да
Считывание штрих-кода	Да
Подключение к ЛИС	Да

Габариты

Размер

930×720×600 мм

Описание

Автоматический биохимический анализатор Miura для лабораторий со средним и малым потоком исследований.

Основные характеристики:

- ионселективный блок (ИБС): интегрированный (опция) Na⁺, K⁺, Cl⁻, Li⁺;
- принципы измерения: фотометрия, турбидиметрия, бихроматическое;
- постоянное охлаждение порта для реагентов 12±2 °C;
- интегрированный сканер штрих-кода (опция);
- емкости для образцов: первичные пробирки + чашки для образцов;
- постоянное охлаждение образцов;
- автоматическое разбавление образца;
- сканер штрих-кода: для первичных пробирок;
- длина волны: 8 светофильтров + 1 (опция), 340-700 нм;
- диапазон измерений оптической плотности: 0-3 ед.о.п.;
- температура анализа: 37±0.1 °C;
- промывка кювет: автоматическая моющая станция;
- детектор уровня жидкости;
- детектор повреждения иглы;
- графический, удобный в использовании интерфейс;
- язык: русский;
- тип измерения Кинетика, конечная точка, фиксированное время, дифференциальный бланк по образцу;
- тип калибровки 1-точечная, многоточечная (до 8 точек), линейная и нелинейная;
- большой выбор форм отчета, архив на 15 000 пациентов;
- определение последовательности тестов: автоматическая оптимизация, либо выполнение в порядке, указанном пользователем.