

Биологический индикатор стерилизации БиоТЕСТ-ПР4-ВИНАР

РЗН 2016/4137

биологический, ПАР, многорежимный, 120°C - 20 мин /
120°C - 30 мин / 121°C - 20 мин / 121°C - 30 мин

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	биологический
Стерилизация	ПАР
Многорежимный	Да
Режимы	120°C - 20 мин / 120°C - 30 мин / 121°C - 20 мин / 121°C - 30 мин

Описание

Биологический индикатор БиоТЕСТ-ПР-ВИНАР представляет собой герметично закрытый пластиковый пенал, на дно которого помещены высушенные споры тест-микроорганизма, внутри пластикового пенала - стеклянная ампула, содержащая стерильную индикаторную среду.

Активируют биологические индикаторы серии "БиоТЕСТ-ПР-ВИНАР" **перед стерилизацией**.

Тест-микроорганизм: *Geobacillus stearothermophilus* штамм ВКМ В-718.

Температура инкубации: 55±2 °С.

Время инкубации: 24-48 ч.

Индикаторы не требуют соблюдения особых мер безопасности.

Гарантийный срок хранения: 24 месяца при соблюдении условий хранения и транспортирования.

Срок действия: не ограничен.