# Биологический индикатор стерилизации ИНТЕРСЭН iPACK BIO-STEAM

РЗН 2018/6990

биологический, ПАР, многорежимный, 120°С - 45 мин / 121°С - 15 мин / 121°С - 20 мин / 121°С - 25 мин / 126°С - 10 мин / 126°С - 30 мин / 132°С - 20 мин / 132°С - 45 мин / 134°С - 3.5 мин / 134°С - 4 мин / 134°С - 5 мин / 134°С - 7 мин, в упаковке 6 шт.




ИНТЕРСЭН-плюс ООО, Россия

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип | биологический |
| Стерилизация | ПАР |
| Многорежимный | Да |
| Режимы | 120°С - 45 мин / 121°С - 15 мин / 121°С - 20 мин / 121°С - 25 мин / 126°С - 10 мин / 126°С - 30 мин / 132°С - 20 мин / 132°С - 45 мин / 134°С - 3.5 мин / 134°С - 4 мин / 134°С - 5 мин / 134°С - 7 мин |
| Количество в упаковке | 6 шт. |

## Описание

**Биологические индикаторы АЙПАК БИО-СТИМ**
Биологические индикаторы для контроля паровой стерилизации.
Биологический метод контроля основан на инактивации определённого числа спор тест-микроорганизмов, специфичных для каждого из используемых методов стерилизации. Такой вид контроля подтверждает реальную гибель контаминирующей микрофлоры внутри стерилизатора и на стерилизуемых изделиях.
Биологический контроль осуществляется как специалистами контролирующих органов Роспотребнадзора и дезслужб, так и персоналом ЛПО различного профиля в рамках самоконтроля.
Без журнала.
**Уникальной особенностью биологических индикаторов iPackBIO является их высокая точность и универсальность.**