Детро Матик Энзим / Detro Matic Enzym

СГР KZ.16.01.99.002.E.000103.02.19

способ обработки механизированный / ручной / с применением ультразвука, для очистки ИМН, ПСО изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним, ферментосодержащее, срок годности 2 года, 5 л



Detrox, Турция

Характеристики

Состав	ферменты (амилаза, протеаза, липаза) - 3 - 5%
Способ применения	механизированный / ручной / с применением ультразвука
Назначение	для очистки ИМН
ПСО	изделий медицинского назначения / эндоскопов и инструментов к ним
Ферментосодержащее	Да
Срок годности	2 года
Фасовка	5 л

Режимы применения

ПСО ручным способом	0.3 %
ПСО в моечно-дезинфекционных автоматах (рекомендуемая)	0.3 % - 8 мин / 0.5 % - 5 мин / 0.8 % - 3 мин
ПСО в ультразвуковых установках	0.3 % - 8 мин / 0.5 % - 5 мин / 0.8 % - 3 мин

Показатель концентрации водородных ионов

pH щелочной	Да

Дополнительные характеристики

Детро Матик Энзим - концентрированное средство **на основе ферментов** для очистки медицинских изделий ручным и механизированным способом в автоматиччеких МДМ.

Назначение:

- ПСО изделий медицинского назначения механизированным и ручным способом (в том числе в УЗ мойках);
- предварительная очистка жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом;
- предстерилизационная очистка гибких эндоскопов в моюще-дезинфицирующих машинах различного типа.

Свойства:

- Содержит ингибитор коррозии.
- Высокоэкономичное средство при низкой концентрации рабочих растворов.
- Подходит для всех видов моюще-дезинфицирующих машин.

Срок годности: 2 года.