Электрокардиограф Suzuken Kenz ECG-108 / ECG-110

ФСЗ 2007/00256

1-канальный, портативный, ЭКГ покоя, интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала, принтер / подключение к ПК, вес 2.5 кг



Suzuken Co. Ltd., Япония

Характеристики

Количество каналов	1-канальный
Тип электрокардиографа	портативный
Методы диагностики	ЭКГ покоя
Функции	интерпретация / регистрация аритмии / фильтр ЭКГ-сигнала
Встроенные возможности	принтер / подключение к ПК
Дисплей	ЖК, Kenz-108: 16 символов, 2 строки; Kenz-110: диагональ 5.7 дюймов
Размер	356×230×85 мм
Вес	2.5 кг

Описание

Электрокардиограф Suzuken Kenz ECG-108 / ECG-110

Особенности электрокардиографа Suzuken Kenz ECG-108 / ECG-110:
- 12 стандартных отведений;
- режим работы: автоматический / ручной;
- автоматическое выявление и печать эпизодов аритмии;
- термопечать (высокоразрешающая термоголовка 8 точек/мм);
- цифровые фильтры устраняют сетевые помехи, дрейф изолинии и миографические помехи (2 вида фильтра);
- тревожная сигнализация при падении напряжения в сети, неправильном наложении электродов, отсутствии бумаги;
- стандартные отведения или кардиограмма с отведениями по Cabrera могут быть зарегистрированы одним нажатием на клавишу;
- возможность вывести с клавиатуры идентификационный номер пациента ID (до 12 цифр), пол, ФИО и комментарии которые будут выведены при распечатывании ЭКГ;
- возможность подключения стандартной клавиатуры от ПК через PS/2 порт для введения цифровой и буквенной информации о пациенте, клинике, лечащем враче и т. д;

Режимы регистрации ЭКГ:
- авто 1: Автоматическая регистрация стандартной кардиограммы по 12 отведениям в обычной последовательности : I - II - III-aVR-aVL-aVF-V1-V2-V3-V4-V5-V6;
- авто 2: Автоматическая регистрация стандартного ЭКГ по 12 отведениям в обратной последовательности: V6-V5-V4-V3-V2-V1-aVF-aVL-aVR-III-II-I;
- авто 3: Автоматическая регистрация стандартной кардиограммы по 12 отведениям в трех сгруппированных последовательно каналах: I-aVr-V1-V4-II-aVL-V2-V5-III-aVF-V3-V6;
- авто 4: Автоматическая регистрация отведения Cabrera (этот способ регистрации удобен для отображения на экране ишемии или инфаркта миокарда: aVL-I-aVR-II-aVF-III-V1-V2-V3-V4-V5-V6;
- ручная регистрация: обычная ручная регистрация;
- аритмии: автоматическое обнаружение аритмии, делающее запись способа для диагностики любого вида аритмии и контроля R-R интервалов. Если продолжительность R-R интервал изменяется ± 15 % от в пределах 8 R-R интервалов зарегистрированных, то автоматически начинается запись ЭКГ в выбранном Вами отведении за 3 секунды до и в течение 15 секунд после обнаруженной аритмии;
- питание: от сети / от встроенного аккумулятора;
- аккумуляторная батарея обеспечивает один час непрерывной работы кардиографа.