Гастровидеоскоп Pentax EG-2990Zi

ФСЗ 2010/06131



видеоскоп, резкость 4-100 мм, диаметр дистального конца 10.6 мм, инструментальный канал 2.8 мм, вводимая часть 9.8 мм, рабочая длина 1050 мм

Hoya Corporation, Япония

Характеристики

Вид	видеоскоп
Угол поля зрения	140 °
Изгиб дистальной части вверх	210 °
Изгиб дистальной части вниз	120 °
Изгиб дистальной части вправо	120 °
Изгиб дистальной части влево	120 °
Глубина резкости	4-100 мм
Диаметр дистального конца	10.6 мм
Инструментальный канал	2.8 мм
Наружный диаметр вводимой части	9.8 мм
Общая длина	1376 мм
Рабочая длина	1050 мм
Диоптрии	- D

Дополнительные характеристики

Видеогастроскоп EG-2990Zi имеет тонкую вводимую трубку диаметром 9,8 мм с диаметром инструментального канала - 2,8 мм. Эндоскоп обладает расширенными диагностическими возможностями за счет сочетания HD+ разрешения и технологии MagniView, обеспечивающей увеличение в 136 раз для сверхчеткого, детализованного изображения слизистой. В комбинации с инновационной технологией i-Scan это позволяет получать яркое и чистое изображение с самого близкого расстояния, улучшенное фильтрами для более легкого распознавания дефектов тканей и детального осмотра слизистой.
Для эффективной терапии предусмотрен инструментальный канал 2,8 мм, при общем диаметре вводимой трубки всего 9,8 мм, а дистального конца – 10,6 мм. Трубка оснащена независимой системой Forward Water Jet, распыляющей мощную струю воды для эффективной ирригации. Дистальный конец прибора исключительно подвижен и не ограничивает свободу диагноста. Диапазоны изгибов составляют 210-120 градусов и 120-120

градусов по осям вверх-вниз и вправо-влево соответственно.