Игла для биопсии LUX / LUX 2 полуавтоматическая

ФСЗ 2012/12124



полуавтоматическая, биопсия мягких тканей, гильотинная, размер 14G / 16G / 18G / 20G, длина 8 см / 10 см / 12 см / 16 см / 18 см / 20 см / 25 см / 30 см, метки глубины введения, стопор контроля глубины, эхогенные метки

Medax S.r.l., Италия

Характеристики

Тип иглы	полуавтоматическая
Назначение	биопсия мягких тканей
Вид биопсии	гильотинная
Размер	14G / 16G / 18G / 20G
Длина	8 см / 10 см / 12 см / 16 см / 18 см / 20 см / 25 см / 30 см
Метки глубины введения	Да
Стопор контроля глубины	Да
Эхогенные метки	Да

Дополнительные характеристики

LUX / LUX 2 - полуавтоматические иглы для биопсии мягких тканей **со сменной канюлей**, позволяющая получать как гистологические, так и цитологические образцы при одной процедуре.
Использование съемного мандрена дает возможность проведения мультибиопсий.

Модификации:
- LUX - не регулируемая длина среза 22 мм;
- LUX 2 - регулируемая длина среза 15 и 22 мм.

Характеристики
- Игла со съемной канюлей.
- Заостренный край канюли иглы дает возможность безболезненно проникать в ткани и органы.
- **Эхогенная маркировка** позволяет визуализировать иглу во время проникновения **под контролем УЗИ**.
- Легко читаемая **сантиметровая маркировка** с контрольной отметкой каждые **5 см** и ограничитель длины создают оптимальные условия для проведения процедуры.
- Также доступна в исполнении с троакарной заточкой.
- Стерилизовано этиленоксидом, срок годности 5 лет.

Размер	Длина	Цвет
14G	8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 20 / 25 / 30 см	зеленый
16G		белый
18G		розовый
20G		желтый
21G		светло-зеленый

Модификации



QUINKE TROCAR SWORD

Каталожные номера:

		РАЗМЕР	ДЛИНА	
LUX ЗАТОЧКА КВИНКЕ:	L X			0 0
LUX ЗАТОЧКА ТРОАКАР:	L X			0 1
LUX ЗАТОЧКА SWORD:	L X			0 2
LUX 2 ЗАТОЧКА КВИНКЕ:	L T			0 0
LUX 2 ЗАТОЧКА ТРОАКАР:	L T			0 1
LUX 2 ЗАТОЧКА SWORD:	L T			0 2

*размер в G, длина в мм (пример: LX 20 250 02)