Биологический индикатор стерилизации 3M Attest 1262

ФСЗ 2011/10991

биологический, ПАР, 121°C / 134°C

3M Health Care, США



Характеристики

Тип	биологический
Стерилизация	ПАР
Температура	121°C / 134°C

Описание

Биологический индикатор для мониторинга паровой стерилизации для режима **121°C** (гравитационные автоклавы), **134°C** (форвакуумные автоклавы).

Представляет собой мягкий полипропиленовый пенал, в котором размещаются полоска и ампула.
Полоска содержит споры B. stearothermophilus с минимальным количеством спор на полоске 100 000.
В стеклянной раздавливаемой ампуле находится питательная среда, которая является производной соево-трипсинового бульона с добавлением pH-чувствительной индикаторной краски (бромкрезол пурпурный).
Колпачок, которым закрыт пенал, содержит гидрофобный бактериальный фильтр, который пропускает стерилянт.

На этекетке указан срок годности, нанесен химический индикатор, который меняет цвет с розового на коричневый после стерилизационного цикла. На этикетке имеется место для записи даты стерилизации.

Время инкубации составляет не более 48 часов.
Примечание: не применять данные индикаторы в воздушных и газовых стерилизаторах!