

Биологический индикатор стерилизации Медтест БИКСт-П/01

ФСР 2011/12867

биологический, ПАР, в упаковке 20 шт.

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	биологический
Стерилизация	ПАР
Количество в упаковке	20 шт.

Описание

Индикатор биологический БИКСт-П/01-«Медтест» одноразового применения для контроля процессов паровой стерилизации.

Упаковка: 20 шт. + 1 контроль.

Характеристики:

- нет необходимости создавать асептические условия (исключается вероятность случайного попадания сторонних микроорганизмов в индикатор при добавлении питательной среды);
- нанесенные химические индикаторы 1 класса четко разделяют простерилизованные и еще не использованные биологические индикаторы;
- высококонтрастный переход цвета питательной среды легко исключает двоякую интерпретацию результатов;
- проведение контроля процессов стерилизации возможно без участия бактериологической лаборатории (рекомендуемая частота – 1 раз в 2 недели, необходимо наличие термостата);
- для оценки эффективности процессов стерилизации используются бактериальные споры, которые отличаются максимальной устойчивостью к стерилизационным агентам (используются культуры *Bacillus subtilis* и *Bacillus stearothermophilus*, которые регламентированы ГОСТ ISO 11138).