
# Индикатор паровой стерилизации Медтест 121°С / 15 мин (класс 4)

ФСР 2009/05786




химический, ПАР, 4 класс, 121°С - 15 мин, внутри упаковки / снаружи упаковки

Медтест-СПб АО, Россия

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Тип | химический |
| Стерилизация | ПАР |
| Класс | 4 класс |
| Режимы | 121°С - 15 мин |
| Размещение индикатора | внутри упаковки / снаружи упаковки |

## Описание

**Серия «Медтест» (4 класс)** - контроль параметров **снаружи** и **внутри** стерилизуемых упаковок в каждом цикле **паровой стерилизации** в стерилизаторах с форвакуумным удалением воздуха.