Индикатор химический контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый «ЭомиТЕСТ Судан III»

РЗН 2017/5816

набор реагентов, для обнаружения остатков жира, краситель Судан III / краситель метиленовый синий, - определений

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	набор реагентов
Назначение	для обнаружения остатков жира
Состав набора	краситель Судан III / краситель метиленовый синий
Объемы в наборе	- краситель Судан III - 0.2 г - краситель метиленовый синий - 0.2 г
Количество определений	-

Дополнительные характеристики

Индикаторы «Эоми Судан III»

Индикаторы «Эоми Судан III» предназначены для обнаружения остатков жировых загрязнений на медицинских изделиях при контроле качества их предстерилизационной очистки в лечебно-профилактических организациях и дезинфекционных станциях.