

Индикатор паровой стерилизации ВИНАР ИнТЕСТ-ПФ1

РЗН 2014/1604

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 121°C - 20 мин / 134°C - 4 мин, внутри упаковки / снаружи упаковки, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Многорежимный	Да
Режимы	121°C - 20 мин / 134°C - 4 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки / снаружи упаковки
Количество в упаковке	500 шт.

Описание

Индикаторы «ИнТЕСТ-ПФ» предназначены для контроля соблюдения критических переменных **паровой стерилизации** - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара как внутри стерилизуемых изделий, так и в стерилизационной камере паровых форвакуумных стерилизаторов при соответствующих режимах.

Характеристики:

- относятся к **классу 4** (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- помещаются как в камере стерилизатора **снаружи** стерилизуемых изделий, так и **внутри** стерилизуемых изделий и упаковок;
- чёткий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному тёмному сине-фиолетовому;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;
- один индикатор может применяться для нескольких режимов стерилизации.

Гарантийный **срок годности** - 36 месяцев.