Индикатор паровой стерилизации Медтест Стеримаг-П-04

РЗН 2018/7109



химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 121°C - 20 мин / 126°C - 10 мин / 134°C - 7 мин, внутри упаковки / снаружи упаковки

Медтест-СПб АО, Россия

Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Многорежимный	Да
Режимы	121°C - 20 мин / 126°C - 10 мин / 134°C - 7 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки / снаружи упаковки

Описание

Количество - 500, 1000, 2000 шт. (рулон/лист).