

Тест Бови-Дика Медтест-ИХ/А 132/20 и 120/45 (класс 2)

ФСР 2012/13342

химический, ПАР, тест Бови-Дика, 2 класс,
многорежимный, 120°C - 45 мин / 132°C - 20 мин

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Тест Бови-Дика	Да
Класс	2 класс
Многорежимный	Да
Режимы	120°C - 45 мин / 132°C - 20 мин

Описание

Индикатор Бови-Дик тест (2 класс) имитируют наиболее «сложные» для обработки насыщенным паром изделия - пористые или полые загрузки.

Переход химического индикатора в конечное состояние в таких условиях свидетельствует об эффективности удаления воздуха и проникания пара - непосредственно от этих двух процессов в значительной степени зависит эффективность паровой стерилизации.