

Индикатор паровой стерилизации ВИНАР СаниС-2

ФСР 2009/04791

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 120°C - 120 мин / 126°C - 90 мин / 132°C - 60 мин / 134°C - 35 мин, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Многорежимный	Да
Режимы	120°C - 120 мин / 126°C - 90 мин / 132°C - 60 мин / 134°C - 35 мин
Количество в упаковке	500 шт.

Описание

Индикаторы серии СаниС предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса **паровой обработки заражённых микроорганизмами объектов** - температуры паровой обработки, времени обработки и наличия насыщенного водяного пара в камере парового стерилизатора.

Характеристики:

- соответствуют **классу 4** (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- используются в соответствии с Санитарными правилами СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности» и СП 1.3.2322-«Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»;
- индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия;
- чёткий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному тёмному фиолетовому;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;
- гарантийный **срок годности** - 24 месяца.