


Индикатор паровой стерилизации Медтест Стеримаг-П-06

РЗН 2018/7109

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 100°C - 150 мин / 105°C - 100 мин / 112°C - 45 мин / 115°C - 35 мин / 121°C - 20 мин, внутри упаковки / снаружи упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Многорежимный	Да
Режимы	100°C - 150 мин / 105°C - 100 мин / 112°C - 45 мин / 115°C - 35 мин / 121°C - 20 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки / снаружи упаковки

Описание

В упаковке: 500, 1000, 2000 шт. (рулон/лист).