


Индикатор паровой стерилизации Медтест Стеримаг-П-10

РЗН 2018/7109

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 105°C - 30 мин / 112°C - 15 мин / 115°C - 12 мин, внутри упаковки / снаружи упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Многорежимный	Да
Режимы	105°C - 30 мин / 112°C - 15 мин / 115°C - 12 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки / снаружи упаковки

Описание

В упаковке: 500, 1000, 2000 шт. (рулон/лист).