

Индикатор паровой стерилизации Медтест Стеримаг-П-21/н

РЗН 2019/8847

химический, ПАР, 4 класс, 120°С - 45 мин, внутри упаковки

Медтест-СПб АО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Режимы	120°С - 45 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки