

Индикатор паровой стерилизации ВИНАР-134/5 класс 6

ФСР 2010/09573

химический, ПАР, 6 класс, 134°C - 5 мин, снаружи
упаковки, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	6 класс
Режимы	134°C - 5 мин
Размещение индикатора	снаружи упаковки
Количество в упаковке	500 шт.

Описание

Индикаторы ВИНАР-6 класс предназначены для контроля переменных стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара - в паровых стерилизаторах, соответствующих ГОСТ Р 51935-2002 (EN 285) и малых паровых стерилизаторов, соответствующих EN 13060-2011.

Индикаторы 6 класса особенно необходимы при контроле стерилизации материалов и изделий медицинского назначения на неновом оборудовании, при использовании инструментария во время обширных операций, в частности, в трансплантологии, при операциях у иммунонекомпетентных больных, в онкологических и ожоговых отделениях, у больных СПИДом и в других случаях, когда требуются абсолютные гарантии качества стерилизации с уровнем обеспечения стерильности $\geq 10^{-6}$.

Характеристики продукта:

- относятся к классу 6 (имитирующие индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий;
- индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия;
- четкий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному темному сине-фиолетовому;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения, хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;

- гарантийный срок годности: 36 месяцев.