

Индикатор паровой стерилизации ВИНАР Фарматест-120/8

РЗН 2013/45

химический, ПАР, 4 класс, 120°C - 8 мин, внутри упаковки, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Режимы	120°C - 8 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки
Количество в упаковке	500 шт.

Описание

Индикаторы Фарматест 120/8 предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических переменных процесса паровой стерилизации водных растворов - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара.

Характеристики продукта:

- соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия;
- четкий цветовой переход от начального красно-оранжевого к конечному темно-фиолетовому;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;
- **нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;**
- гарантийный срок годности: 24 месяца.