

Индикатор паровой стерилизации ВИНАР ФармаТЕСТ-6

РЗН 2014/1604

химический, ПАР, 4 класс, многорежимный, 100°C - 65 мин / 110°C - 15 мин / 112°C - 15 мин / 115°C - 12 мин, внутри упаковки, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПАР
Класс	4 класс
Многорежимный	Да
Режимы	100°C - 65 мин / 110°C - 15 мин / 112°C - 15 мин / 115°C - 12 мин
Размещение индикатора	внутри упаковки
Количество в упаковке	500 шт.

Описание

Многорежимные индикаторы ФармаТЕСТ предназначены для контроля соблюдения критических переменных паровой стерилизации - температуры и времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара. Предназначены для контроля паровой стерилизации и дезинфекции медицинских изделий и растворов.

Характеристики:

- соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- индикаторная композиция герметично запакована в паропроницаемую полимерную оболочку, при контакте компоненты индикаторной композиции не переходят на изделия и не оказывают на них никакого воздействия;
- четкое контрастное изменение исходного цвета индикаторной метки на конечный;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документировании;
- нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов;
- гарантийный срок годности: 36 месяцев.

Индикаторы «ФармаТЕСТ-6» также предназначен для контроля работы паровых дезинфекционных камер при:

100 °С - 45 мин, давление пара текущий пар;
105 °С - 25 мин, давление пара 0.02 Мпа;
112 °С -12 мин, давление пара 0.05 Мпа.