Индикатор плазменной стерилизации ВИНАР ПЛАЗМА-1

РЗН 2014/2141

химический, ПЕР, 1 класс, снаружи упаковки, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия

Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПЕР
Класс	1 класс
Размещение индикатора	снаружи упаковки
Количество в упаковке	500 шт.

Описание

Индикаторы "ПЛАЗМА-1" для контроля плазменной стерилизации парами перекиси водорода.
Индикаторы предназначены для визуального отличия упаковок, прошедших стерилизацию, от нестерилизованных.

Характеристика продукта:
- по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011 индикаторы относятся к химическим индикаторам 1 класса;
- по ГОСТ Р 51609 в зависимости от потенциального риска применения индикаторы относятся к медицинским изделиям 1 класса;
- после режима стерилизации исходный цвет индикаторной метки необратимо переходит в желтый;
- индикаторы не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду;
- не требуют соблюдения особых мер безопасности;
- гарантийный срок годности: 36 месяцев;
- хранить индикаторы следует в упаковке изготовителя при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности не выше 85%, в защищенном от солнечного света месте.