Индикатор плазменной стерилизации ВИНАР СтериКОНТ-ПЛАЗМА-1

РЗН 2014/2141

химический, ПЕР, 4 класс, снаружи упаковки, в упаковке 500 шт.

ВИНАР НПФ ООО, Россия



Характеристики

Тип	химический
Стерилизация	ПЕР
Класс	4 класс
Размещение индикатора	снаружи упаковки
Количество в упаковке	500 шт.

Описание

Индикатор "СтериКОНТ-ПЛАЗМА-1" предназначен для применения в "коротких" и "длинных" режимах стерилизации в камере плазменного стерилизатора парами перекиси водорода.

Характеристика продукта:
- относятся к 4 классу (многопараметрические индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011;
- индикаторы серии "СтериКОНТ-ПЛАЗМА" реагируют на две и более критических переменных;
- предназначены для контроля плазменной стерилизации снаружи стерилизуемых изделий и упаковок;
- четкий цветовой переход от начального к конечному желто-коричневому;
- липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на стерилизуемых упаковках и при документации;
- **индикаторы не оказывают вредного воздействия на человека и окружающую среду;**
- **не требуют соблюдения особых мер безопасности**;
- гарантийный срок годности: 36 месяцев.

Применяются в следующих циклах стерилизации:
- режим стерилизации: время выдержки в перекиси водорода: 10÷20 мин, 27-60°С; контрольные значения индикатора: 10 мин, 50°С;
- концентрация перекиси водорода: 2.3 мг/л;
- цвет элемента сравнения: желтый.