Инкубатор 3M Attest Auto-Reader 390

ФСЗ 2011/11111

стерилизация паровая, температура 60°С,
подключение к ПК

3M Health Care, США



Характеристики

Стерилизация	паровая
Температура инкубирования	60°С
Подключение к ПК	Да

Описание

Инкубатор 3M Attest Auto-Reader 390 предназначен для инкубации и автоматического считывания паровых биологических индикаторов (БИ) быстрого считывания 3M Attest (1291 и 1292) при температуре инкубирования 60°С.

Конечный результат проверки флуоресценции по истечении:
• 1 час – для индикаторов 3M Attest 1291
• 3 часа – для индикаторов 3M Attest 1292

Есть возможность подключить устройство к ПК через Internet, что позволяет удаленно просматривать текущее состояние БИ, изменять настройки инкубатора, просматривать записи последних 100 БИ, распечатывать документацию или сохранять ее в виде электронных файлов.