

Инкубатор для новорожденных ATOM Medical Rabee Incu i

ФСЗ 2011/09726

стационарный, влажность / температура воздуха / температура тела, температура воздуха 23.0-37.0°C, температура кожи 34.0-37.5°C, аварийные индикаторы, регулировка высоты

Atom Medical Corporation, Япония



Характеристики

Тип	стационарный
Контроль	влажность / температура воздуха / температура тела
Управление	ручное / сервоконтроль
Температура воздуха в инкубаторе	23.0-37.0 °C
Температура кожи	34.0-37.5 °C
Диапазон установки влажности	40-95 %
Аварийные индикаторы	Да
Блокировка дверей инкубатора	Да
Воздушный фильтр	Да
Регулировка высоты	Да
Дисплей	ЖКИ 8.5 дюйма, 180×60×110 мм

Габариты

Размер	600×1000×1380 - 1680 мм
Платформа матраца	860 - 1060 мм
Матрац	650×365×20 мм
Вес	90 кг