Комплекс аппаратно-программный медицинский КАПД-02-СТ: исполнение КАПД-02-СТ-А

ФСР 2010/07474



ЧП 0.5-3.3 Гц, манжета, избыточное давление в манжете 2.7-37 кПа, входной импеданс 15 МОм, пропускание сквозного канала 0.03-500 Гц, ослабление синфазных сигналов 100 дБ, датчик пульса, электронный блок

НПП Системные технологии АО, Россия

Характеристики

Измерение ЧП	0.5-3.3 Гц
Манжета	Да
Избыточное давление в манжете	2.7-37 кПа
Входной импеданс	15 МОм
Пропускание сквозного канала при измерении ЭКГ	0.03-500 Гц
Ослабление синфазных сигналов	100 дБ
Датчик пульса	Да
Электронный блок	Да
Размеры	375×160×300 мм
Вес	8 кг