

Контроль Д-димеров высокий и низкий уровень / D-Dimer Control H/L, кат. № 5509

ФСЗ 2011/11270

система открытая, для анализаторов Helena Biosciences, другое

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Для анализаторов	Helena Biosciences
Параметр определения	другое
Назначение	контроль Д-димеров
Фасовка	- контроль качества низкий для тест-систем «Д-димер» – 5 шт. × 1 мл - контроль качества высокий для тестсистем «Д-димер» – 5 шт. × 1 мл

Описание

Набор «Контроль Д-димеров высокий и низкий уровень» / D-Dimer Control H/L содержит плазмы с высоким и низким уровнями Д-димера. Плазмы предназначены для использования вместе с латексными иммунными тест-системами для «Д-димера» компании «Helena Biosciences».

Основные характеристики:

- подходит для использования с тест-системами «Авто красный Д-димер 700» и «Авто Синий Д-димер 400»;
- диапазоны исследования определены для различных коагулометров, наиболее широко представленных на рынке, таких как: AC-4 компании «Helena Biosciences», коагулометры серии C компании «Helena Biosciences», коагулометры серии CA и CS компании Sysmex.