

Контрольная плазма А / Routine Control A (умеренная патология), кат. № 5187

ФСЗ 2011/11270

система закрытая, для анализаторов Helena Biosciences, контрольная плазма, объем 10000 мкл

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	закрытая
Для анализаторов	Helena Biosciences
Параметр определения	контрольная плазма
Назначение	для внутрилабораторного контроля правильности и воспроизводимости системы реагент-анализатор
Объем	10000 мкл
Фасовка	Контрольная плазма А с параметрами умеренной патологии (1 мл/фл.) – 10 флаконов.

Описание

Контрольная плазма А с параметрами умеренной патологии (Routine Control A) предназначена для внутрилабораторного контроля правильности и воспроизводимости системы реагент-анализатор при определении:

- протромбиновое время (ПВ), сек;
- активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), сек;
- активность антитромбина III (АТIII), %;
- тромбиновое время (ТВ), сек;
- содержание фибриногена по Клауссу, г/л.

Принцип метода:

Контрольная плазма А анализируется в одной серии измерений с исследуемыми плазмами при выполнении тестов: ПВ, АЧТВ, ТВ, определение концентрации фибриногена, АТIII. Анализируемые параметры контрольного материала должны укладываться в диапазон значений, указанных в паспорте на набор.