Ликвичек Контроль «Гематология (А)» / Liquichek Hematology Control (A)

ФСЗ 2009/05388



контроль, для анализаторов Abbott, нормальный / низкий / высокий / трехуровневый, 3 мл

Bio-Rad Laboratories, США

Характеристики

Тип	контроль
Для анализаторов	Abbott
Уровень	нормальный / низкий / высокий / трехуровневый
Объем	3 мл
Срок использования	с момента производства - 75 дней, после вскрытия - 8 дней

Дополнительные характеристики

Контрольный материал с известным содержанием аналитов для оценки результатов, полученных на анализаторах **Abbott CELL-DYN** с 3- и 5-уровневой дифференцировкой лейкоцитарной формулы.
Наличие аттестованных значений для анализаторов Abbott CELL-DYN 1700, 1800, 3200, 3500, 3700 и CELL-DYN Ruby.
Значения предоставлены для методов импендансного (WIC) и оптического (WOC и NOC) анализа лейкоцитов.

Фасовка:
- 4×3 мл - низкий / нормальный / высокий;
- 12×3 мл - трехуровневый (4 флакона для каждого уровня).