Ликвичек Контроль «Гематология (S)» / Liquichek Hematology Control (S)

ФСЗ 2009/05388



контроль, для анализаторов Siemens , трехуровневый, 3.5 мл

Bio-Rad Laboratories, США

Характеристики

Тип	контроль
Для анализаторов	Siemens
Уровень	трехуровневый
Объем	3.5 мл
Срок использования	с момента производства - 80 дней, после вскрытия - 14 дней

Дополнительные характеристики

Аттестованный контрольный материал для использования с гематологическими анализаторами **Siemens** с 3- и 5-компонентной дифференцировкой лейкоцитов.

Фасовка:
- 12×3.5 мл - трехуровневый (4 флакона для каждого уровня).

Хранение и стабильность:
- 80-дневный срок годности при температуре 2-8°C (с момента производства);
- стабильность вскрытого флакона – 14 дней при температуре 2-8°C.