Ликвичек Контроль «Гематология (X)» / Liquichek Hematology Control (X)

ФСЗ 2009/05388



контроль, для анализаторов Sysmex, трехуровневый, 4.5 мл

Bio-Rad Laboratories, США

Характеристики

Тип	контроль
Для анализаторов	Sysmex
Уровень	трехуровневый
Объем	4.5 мл
Срок использования	с момента производства - 80 дней, после вскрытия - 15 дней или 15 исследований

Дополнительные характеристики

Аттестованный контрольный материал для использования с гематологическими анализаторами **Sysmex** с 5-компонентной дифференцировкой лейкоцитов.

Фасовка:
- 12×4.5 мл - трехуровневый (4 флакона для каждого уровня).

Хранение и стабильность:
- 80-дневный срок годности при температуре 2-8°C (с момента производства);
- стабильность вскрытого флакона – 15 дней или 15 исследований, в зависимости от того, что наступит раньше, при температуре 2-8°C.