
Гематологический контроль 12 Extend

ФСЗ 2011/09524

контроль, для анализаторов Abbott / Beckman Coulter / Diatron / Dixion / DiaSys / Erma / Erba / Horiba / Hemolux / HTI / Nihon Kohden / Mindray / Siemens / Rayto / West Medica, нормальный / низкий / высокий, 2.5 мл / 4.5 мл

Streck, США



Характеристики

Тип	контроль
Для анализаторов	Abbott / Beckman Coulter / Diatron / Dixion / DiaSys / Erma / Erba / Horiba / Hemolux / HTI / Nihon Kohden / Mindray / Siemens / Rayto / West Medica
Уровень	нормальный / низкий / высокий
Объем	2.5 мл / 4.5 мл
Срок использования	в закрытой таре - 190 суток, после вскрытия - 30 суток

Дополнительные характеристики

Контрольная кровь Para 12 Extend аттестованна не менее, чем **по 16-ти гематологическим параметрам** (лейкоциты, эритроциты, гемоглобин, гематокрит, средний объем эритроцита, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроците, ширина распределения эритроцитов, тромбоциты, средний объем тромбоцита, лимфоциты (абс. и %), средние клетки (абс. и %), гранулоциты (абс. и %)).

Фасовка:
- Para 12 Extend, 3 x 2,5 мл (1 низк., 1 норм., 1 выс.)
- Para 12 Extend, 1 x 2,5 мл (норм.)
- Para 12 Extend, 18 x 4,5 мл (6 низк., 6 норм., 6 выс.)
- Para 12 Extend, 18 x 2,5 мл (6 низк., 6 норм., 6 выс.)

Для анализаторов:
- Beckman Coulter ACT/ACT diff/ACT diff2;
- Abbott Cell-Dyn 1400, 1600, 1700, 1800;
- Horiba Medical ABX Micros 60;
- Diatron Abacus and Abacus Jr.;
- Erma PCE-210, Mindray BC-3200, BC-3600;
- HTI MicroCC-20Plus;
- Nihon Kohden Celltac α MEK-6400 Series / MEK-6500 Series

- Siemens Advia 60;
- HTI MicroCC-18;
- Mindray BC3000, BC3000Plus;
- Hemolux 19;
- Rayto RT-7600S, MD7600;
- Dixion Hemalite 1280;
- Hemalite 1270;
- Hemalite 1260;
- DiaSys X-Pedite Hem3 Vet;
- Erba Lachema Elite 3.