

Набор КреативМП экстази (MDMA)

ФСР 2009/05166

тест, анализируемый материал моча, выявление
МДМА, тест-полоска

КреативМедприбор ООО, Россия



Характеристики

Тип	тест
Анализируемый материал	моча
Выявление	МДМА
Минимально определяемая концентрация	500 нг/мл
Состав теста	тест-полоска