

Набор КреативМП кокаин (COC)

ФСР 2009/05166

тест, анализируемый материал моча, выявление
кокаин, тест-полоска

КреативМедприбор ООО, Россия



Характеристики

Тип	тест
Анализируемый материал	моча
Выявление	кокаин
Минимально определяемая концентрация	300 нг/мл
Состав теста	тест-полоска