

Набор реагентов РеалБест Валидация образца для количественной оценки содержания ДНК человека в клинических образцах

ФСР 2012/13498

для определения, ДНК

Вектор-Бест АО, Россия



Характеристики

Назначение	для определения
Выделение	ДНК
Для термоциклеров	Bio-Rad CFX 96 / Rotor-Gene / ABI / ДТ
Комплектация	Комплект 1: - положительный контрольный образец (ПКО), лиофилизированный – 2 флакона; - готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС 1,2,3,4), лиофилизированная – 4 планшета по 96 пробирок (каждый планшет состоит из 12 стрипов по 8 пробирок); - раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 1 флакон. Принадлежности: - стрипированный крышки для пробирок – 60 стрипов по 8 штук или оптическая пленка – 6 листов. Комплект 2: - положительный контрольный образец (ПКО), лиофилизированный – 2 флакона; - реакционная смесь для ПЦР (РС 1, 2, 3, 4), лиофилизированная – 44 пробирки (по 11 пробирок каждой РС, 1 пробирка на 9 определений); - реакционная смесь для ПЦР (РС 5), лиофилизированная – 11 пробирок (1 пробирка на 9 определений); - раствор для восстановления (РВ) – 8 флаконов; - раствор для восстановления контрольных образцов (РВК) – 1 флакон.