Набор реагентов Креатинин-ВИТАЛ (энзиматический кинетический метод)

ФСР 2007/01206

реагенты, система открытая, субстраты, креатинин, метод определения энзиматический кинетический

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	субстраты
Параметр определения	креатинин
Метод	энзиматический кинетический
Материал исследования	моча / плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов КРЕАТИНИН-ВИТАЛ

Назначение: определение концентрации креатинина в сыворотке (плазме) крови и моче энзиматическим кинетическим методом.

Реагент № 1:
Гидроокись натрия – 260 ммоль/л
Детергент – 20 г/л

Реагент № 2:
Пикриновая кислота – 20 ммоль/л

Калибратор:
Креатинин – 177 мкмоль/л (2 мг/дл)