

Набор реагентов Мочевина-ВИТАЛ (уреазный фенол / гипохлоритный метод)

ФСР 2011/11082

реагенты, система открытая, субстраты, мочевина,
метод определения уреазный фенол/гипохлоритный

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	субстраты
Параметр определения	мочевина
Метод	уреазный фенол/гипохлоритный
Материал исследования	моча / плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов МОЧЕВИНА-ВИТАЛ для определения концентрации мочевины в сыворотке (плазме) крови и моче уреазным фенол/гипохлоритным методом.

Реагент № 1. Раствор уреазы

Уреаза – 10 ед/мл
Фосфатный буфер – 50 ммоль/л, pH 7.0
Стабилизаторы

Калибратор

Мочевина – 5.5 ммоль/л (30 мг/дл)

Реагент № 3. Фенол / нитропруссидный реагент

Фенол – 160 ммоль/л
Нитропруссид натрия – 0.17 ммоль/л

Реагент № 4. Гипохлорид

Гипохлорид натрия – 11 ммоль/л
Натрий едкий – 125 ммоль/л