

Набор реагентов Глюкоза-ВИТАЛ (без депротеинизации)

ФСР 2010/07729

реагенты, система открытая, субстраты, глюкоза,
метод определения без депротеинизации

Витал Девелопмент Корпорэйшн АО, Россия



Характеристики

Тип	реагенты
Система	открытая
Группа	субстраты
Параметр определения	глюкоза
Метод	без депротеинизации
Материал исследования	плазма крови / сыворотка крови

Дополнительные характеристики

Набор реагентов Глюкоза-ВИТАЛ для определения содержания глюкозы в сыворотке (плазме) крови человека.

Реагент № 1. Буфер

Фосфатный буфер, pH 7.5 – 150 ммоль/л
Фенол – 10 ммоль/л

Реагент № 2. Лиофилизат

Глюкозооксидаза – 25000 ед/л
Пероксидаза – 1500 ед/л
4-аминоантипирин – 0.16 ммоль/л

Калибратор

Глюкоза – 10 ммоль/л