

Набор реагентов РеалБест ДНК ВГЧ-6 для выявления ДНК вируса герпеса человека 6 типа

ФСР 2012/13929

для определения, ДНК, герпес

Вектор-Бест АО, Россия



Характеристики

Назначение	для определения
Выделение	ДНК
Определяемый параметр	герпес
Для термоциклеров	Bio-Rad CFX 96 / Rotor-Gene / ABI / ДТ
Комплектация	Комплект 1: - положительный контрольный образец (ПКО) – 1 пробирка; - готовая реакционная смесь для ПЦР (ГРС), лиофилизированная – 48 пробирок (6 стрипов по 8 пробирок). Принадлежности: - стрипированные крышки для пробирок (6 стрипов по 8 штук) или оптическая пленка – 1 лист. Комплект 2: - положительный контрольный образец (ПКО) – 1 пробирка; - реакционная смесь для ПЦР (РС), лиофилизированная – 5 пробирок, каждая на 10 определений; - раствор для восстановления (РВ) – 2 флакона.