

Пробирка вакуумная Improvacuter с цитратом натрия 3.2%

ФСЗ 2010/06624

цитрат натрия, объем 1.8 / 2.7 / 3.6 / 4.5 мл, размер
13×75 мм / 13×100 мм, цветовой код голубой, пластик

Guangzhou Improve Medical Instruments, Китай



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Объем	1.8 / 2.7 / 3.6 / 4.5 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм
Цветовой код	голубой
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Improvacuter с цитратом натрия 3.2% - пробирки для коагулологии.

Буферное решение для предотвращения изменений pH (важно для протромбиновых параметров) более чем в пределах 7.1 - 7.35.

Наполнитель: цитрат Na 3.2%, 0.109M (соотношение крови и реагентов 9:1).

Материал для исследования: цитратная плазма.

Применение: коагулология.

Срок хранения биоматериала: не использовать после 24 часов от момента взятия крови.

Типы крышек:



Объем (мл)	Размер (мм)	Реагент	Тип крышки
1.8	13×75	Цитрат На 3.2% (1:9)	SCA
2.7		Цитрат На 3.2% (1:9)	
3.6		Цитрат На 3.2% (1:9)	
4.5		Цитрат На 3.2% (1:9)	
1.8	13×100	Цитрат На 3.2% (1:9)	
2.7		Цитрат На 3.2% (1:9)	
3.6		Цитрат На 3.2% (1:9)	
4.5		Цитрат На 3.2% (1:9)	