

Пробирка вакуумная Lind-Vac с цитратом натрия 3.8%

РЗН 2020/12158

цитрат натрия, объем 1.8 / 2.7 / 3.6 / 4.5 / 8.1 мл,
размер 13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм, цветовой
код голубой, пластик

InterVacTechnology, Эстония



Характеристики

Тип	цитрат натрия
Объем	1.8 / 2.7 / 3.6 / 4.5 / 8.1 мл
Размер	13×75 мм / 13×100 мм / 16×100 мм
Цветовой код	голубой
Материал	пластик

Описание

Пробирки вакуумные Lind-Vac с цитратом натрия 3.8% предназначены для сбора венозной крови с целью проведения исследований коагуляционных свойств крови.

Антикоагулянт: жидкий трехзамещенный цитрат натрия **0.129 моль/л – 3.8%** (38.0 г/л). Соотношение объемов крови и цитрата натрия – 9:1.

- Очень важно соблюдать правильное соотношение кровь антикоагулянт в пробе с цитратом. Недостаток цитрата в пробе ведет к образованию микросгустков и /или коагуляции пробы, а избыток цитрата — к искажению результатов анализа за счет связывания кальция из реагентов.
- Сразу после взятия образца пробирку с цитратом необходимо аккуратно перемешать не менее 5 раз для предотвращения образования микросгустков.

Область применения: исследования системы гемостаза.

Материал для исследования: цитратная плазма.

Центрифугирование: 2000-2500 g в течение 10-15 мин.

Объем	Размер	Наполнитель	Кат. №	В упаковке
1.8 мл	13×75 мм	цитрат натрия 3.8%	SE1182	100 шт.
2.7 мл			SE1272	100 шт.
3.6 мл			SE1362	100 шт.
4.5 мл			SE1452	100 шт.
1.8 мл	13×100 мм		SE2182	100 шт.
2.7 мл			SE2272	100 шт.
3.6 мл			SE2362	100 шт.
4.5 мл			SE2452	100 шт.
8.1 мл	16×100 мм		SE3812	50 шт.