

Реагент для протромбинового времени Diagon Dia-PT 10

ФСЗ 2012/12611

система открытая, для анализаторов Diagon серия
Coag, протромбиновое время

Diagon Kft., Венгрия



Характеристики

Система	открытая	
Для анализаторов	Diagon серия Coag	
Параметр определения	протромбиновое время	
Фасовка	реагент	растворитель
	10 фл x 10 мл	10 фл x 10 мл

Описание

Реагент для протромбинового времени **Diagon Dia-PT 10** – представляет собой экстракт мозга кролика, который содержит тканевой фактор, липиды и ионы кальция. В комплект входит растворитель. Определение ПВ по Quick является чувствительным тестом для скрининга внешнего пути свертывания крови.

□ Dia-PT в качестве реагента для ПВ высокочувствителен к антагонистам витамина К, пониженному уровню факторов внешнего пути (фактор II, V, VII и X), наследственным или приобретенным нарушениям свертывания крови и печеночной недостаточности.

□ Dia-PT оптимально использовать для предоперационного скрининга и мониторинга пероральной антикоагулянтной терапии.

□ Dia-PT используется для определения ПВ, проводимого ручным, полуавтоматическим и автоматическим способом и в мониторинге гепариновой терапии.

Срок годности: 24 мес

Стабильность после вскрытия: 12 суток при 2-8°C

Каталожный номер: 81100