

Шкаф для сушки и хранения эндоскопов Вариант 1.3.

ФСР 2010/08224

вмещает эндоскопов 3 шт., с УФ облучением,
сохранение асептики 7 суток, полимерное покрытие, с
замком, с лотками, таймер, внутреннее освещение

ИКЦ Вариант ЗАО, Россия



Характеристики

Тип	одностворчатый
Вместимость эндоскопов	3 шт.
УФ облучение	Да
Срок сохранения асептики	7 суток
Характеристика материала	полимерное покрытие
Материал	металл
Замок	Да
Лотки	Да
Таймер	Да
Внутреннее освещение	Да
Размер	1830×472×458 мм
Вес	45 кг

Дополнительные характеристики

Вариант 1.3. является шкафом для хранения эндоскопов, которые прошли этап предварительной санитарной обработки. В шкафу может размещаться и другое медицинское оборудование после предварительной санитарной обработки. УФ облучатель-рециркулятор и таймер данной моделью не предусмотрен. Отсутствуют также держатели гибких частей приборов. Данный шкаф может быть установлен как в эндоскопических и хирургических отделениях больниц и медицинских центров, так и в учреждениях санитарно-курортного лечения.