

Средство для дезинфекции и стерилизации Detro Forte

СГР KZ.16.01.95.002.E.000817.10.17

ДВУ / стерилизация, готовый раствор, основное АДВ
альдегиды, рабочий раствор 28 суток, срок годности 2
года, фасовка 5 л

Detrox, Турция



Общие параметры

Назначение	ДВУ / стерилизация
Форма выпуска	готовый раствор
Основное АДВ	альдегиды
Состав	глутаровый альдегид - 2.0%
Срок годности рабочего раствора	28 суток
Срок годности концентрата	2 года
Фасовка	5 л

ДВУ и стерилизация (режимы)

Дезинфекция высокого уровня	гот. р-р - 15 мин
Стерилизация	гот. р-р - 90 мин

Дополнительные характеристики

Средство для дезинфекции и стерилизации **Detro Forte (Детро Форте)**.

Описание:

- **Двухкомпонентное** низкопенное средство на основе **глутарового альдегида (2.0%)**.
- Средство содержит **базовый раствор и активатор**. Раствор используют после активации.

Режимы:

- ДВУ - 15 минут,
- стерилизация - 90 минут.

Срок годности:

- активированного рабочего раствора – 28 суток;

- в не вскрытой упаковке – 2 года;
- канистра после вскрытия - 90 суток.

Антимикробная активность:

- бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- вирулицидная;
- фунгицидная;
- спороцидная.

Свойства:

- Применяется **для ручного и автоматического использования** механизированным способом в моюще-дезинфицирующих машинах.
- Не вызывает коррозии и не портит обрабатываемые объекты из различных материалов.
- Для экспресс-контроля концентрации действующего вещества разработаны специальные **тест-полоски**.

Средство предназначено:

- для обработки эндоскопов и инструментов к ним / Рекомендации компаний-производителей (в том числе компании «Karl Storz»);
- для обработки стоматологических и хирургических инструментов;
- для обработки изделий из различных материалов (стекла, различных металлов, пластика, каучука, резины и пр.);
- для обработки анестезиологического оборудования и микрохирургического инструментария.

Применение:

1. В раствор Detro Forte необходимо погружать только тщательно очищенные инструменты!
2. Строго соблюдайте время экспозиции!
3. После процесса инструменты удаляются из раствора и промывают стерильной водой.
4. Инструменты высушиваются стерильным компрессом или полотенцем.
5. При использовании в автоматизированных МДМ следуйте инструкциям производителя.