Термоиндикатор одноразовый для контроля холодовой цепи ТестТЕРМ

ФСР 2011/10482



диапазон измеряемых температур -20-+80°С, температурная норма +2-+8°С, для медицинских иммунологических препаратов / для термолабильных препаратов, автоматическая активация, работает непрерывно

ВИНАР НПФ ООО, Россия

Характеристики

Диапазон измеряемых температур	-20-+80 °C
Температурная норма	+2-+8 °C
Применение	для медицинских иммунологических препаратов / для термолабильных препаратов
Активация	автоматическая
Работает непрерывно	Да
Использование в холодном оборудовании	Да

Дополнительные характеристики

ТестТЕРМ-ВИНАР

Преимущества продукта:

- является изделием медицинского назначения;
- разработан для оперативного и информативного контроля «Холодовой цепи» при хранении и транспортировании иммунобиологических лекарственных препаратов;
- предназначен для контроля «Холодовой цепи» от +2°С до +8°С;
- дополнительно предупреждает о «ПЕРЕГРЕВЕ» 75% и о начале заморозки.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев при соблюдении условий эксплуатации.
Гарантийный срок хранения до использования - 24 месяца при соблюдении условий хранения.