Тест-система «Авто Красный Д-димер 700» / Auto Red D-Dimer 700, кат. № 5501

ФСЗ 2011/11270

система открытая, для анализаторов Helena Biosciences, другое

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Для анализаторов	Helena Biosciences
Параметр определения	другое
Назначение	количественное определение фрагментов Д-димера
Фасовка	- тестовый реагент «Д-димер Красный латекс» – 4 шт. × 4 мл - тестовый реагент «Д-димер Красный буфер» – 4 шт. × 7 мл - тестовый реагент «Д-димер дилюент» – 2 шт. × 7 мл - тестовый реагент «Д-димер калибратор» – 2 шт. × 1 мл

Описание

Тест-система «Авто Красный Д-димер 700» / Auto Red D-Dimer 700 является иммунотурбидиметрическим исследованием, предназначенным для количественного определения фрагментов Д-димера в цитратной человеческой плазме с использованием полуавтоматических и полностью автоматических приборов с длиной волны в диапазоне 600-900 нм.

Основные характеристики:
- метод латексной агглютинации;
- количественное определение;
- жидкие готовые к использованию компоненты;
- нет эффекта прозоны до 130 000 нг/мл;
- прогностическая ценность отрицательного результата 98%, пороговое значение в 200 нг/мл;
- наборы различного формата.