Тест-система «Д-димер, ручной метод» / Manual D-Dimer, кат. № 5250

ФСЗ 2011/11270

система открытая, фибрин

Helena Laboratories, Великобритания



Характеристики

Система	открытая
Параметр определения	фибрин
Назначение	определение Д-димера фибрина
Фасовка	- тестовый реагент «Д-димер латекс, ручной» - 1 шт. × 1.7 мл - тестовый реагент «Контрольная плазма, положительная» - 1 шт. × 1 мл - тестовый реагент Контрольная плазма, отрицательная» - 1 шт. × 1 мл - физиологический раствор - 2 шт. × 8 мл - тестовые карточки - 16×6 - палочки для перемешивания - 50 шт.

Описание

Тест-система «**Д-димер, ручной метод**» является полуколичественным латексным тестом для определения Д-димера фибрина в цитратной человеческой плазме для содействия в исключении тромбоза глубоких вен, легочной эмболии и
диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови. Образцы сыворотки крови, подходящие для анализа продуктов деградации фибрина, также могут использоваться.

Основные характеристики:
- качественный и полуколичественный метод;
- результаты менее чем через 4 минуты;
- наличие различных по размеру наборов;
- не требуется прибора для проведения теста;
- положительные и отрицательные контроли включены в набор.